

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-18.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

*Egzaminator wpisuje T
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Uwaga! Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach oceniania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze i Karta dezynfekcji chemiczno-zanurzeniowej oraz mycia manualnego

Karta mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze:

1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Artroskop kolano, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana , Zestaw do szycia						
2	W kolumnie Parametry procesu – wpisane: A0=3000						
3	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsad zwolniono						

Karta dezynfekcji chemiczno-zanurzeniowej oraz mycia manualnego:

4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – w jednym z wierszy wpisane: Światłowod						
5	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – w jednym z wierszy wpisane: Opaska zaciskowa gumowa						

Rezultat 2: Karta sterylizacji tlenkiem etylenu i Karta sterylizacji parowej

Karta sterylizacji tlenkiem etylenu:

1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji – wpisane: Artroskop kolano, Światłowód, Opaska zaciskowa gumowa						
2	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsadu nie zwolniono						

Karta sterylizacji parowej:

3	W wierszu Data – wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)						
4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia						
5	W kolumnie Parametry procesu – czas, wpisane: minimum 3 minuty lub 3 minuty lub dłuższy						
6	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsad zwolniono						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni i Etykieta

Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni:

1	W kolumnie Data w wierszach od 1 do 5 – wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)						
2	W kolumnie Nazwa wyrobów medycznych – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia						
3	W kolumnie Nazwa Oddziału – wpisane: BO Ortopedia – w trzech wierszach, BO Ginekologia – w jednym wierszu, Izba Przyjęć – w jednym wierszu						

Etykieta:

4	W wierszu Nazwa odbiorcy – wpisane: Oddział Chirurgiczny						
5	W wierszu Zawartość pakietu – wpisane: Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm – 15 sztuk						
6	W wierszu Data ważności wpisane: 5 miesięcy od daty egzaminu +/- 3 dni (dd-mm-rrrr)						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie testu funkcyjnego zgrzewarki oraz przygotowanie pakietu z kompresami gazowymi.

Gotowość do przygotowania kompresów do pakietowania zdający zasygnalizuje przez podniesienie ręki.

1	Zdający założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy Przed dezynfekcją rąk zdjął z rąk każdą sztukę biżuterii						
2	Zdający wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk. Każdy etap powtarzał pięciokrotnie W 3 etapie pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
3	Zdający przed wykonaniem pakietu wykonał test funkcyjny zgrzewarki. Zgrzew w całości znajduje się w polu przeznaczonym do jego kontroli. Zgrzew jest ciągły na całej jego szerokości. Brak kanałów i przerw w zgrzewie						
4	Zdający wypełnił rubryki testu funkcyjnego zgrzewarki. W miejscu przeznaczonym na wpisanie daty wpisał: datę zgodną z datą egzaminu, w jednym z miejsc wpisał wynik: prawidłowy lub pozytywny lub zaznaczył X						
5	Zdający przed wykonaniem pakietu zdezynfekował blat stołu chusteczkami nasączonymi preparatem dezynfekcyjnym						
6	Zdający odliczył 15 sztuk kompresów gazowych i umieścił je razem ze wskaźnikiem chemicznym typu 5 w pakiecie						
7	Zdający grzbiety kompresów (strona kompresu nie dzieląca się na warstwy) zapakował od strony otwierania pakietu. <i>Uwaga. Do oceny kryterium 7 może zachodzić konieczność otworzenia pakietu zgodnie z kierunkiem otwierania oznaczonym na opakowaniu</i>						
8	Zdający od strony otwarcia pakietu, powyżej zgrzewu, pozostawił mankiet rękawa nie węższy niż 2 cm <i>Uwaga. Linijka do sprawdzenia znajduje się na stanowisku kontroli, składania i pakowania wyrobów medycznych)</i>						
9	Zdający do pakietu przykleił taśmą neutralną Etykiętę						
10	Zdający uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie żadnych odpadów z rękawa papierowo-foliowego, papieru, taśmy, zużytych chusteczek dezynfekcyjnych Czepek wyrzucił do kosza z odpadami						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis