

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-15.05**
Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Strzemię oporowe do aparatu odciążającego kończynę dolną


1	długość całkowita odciętej szyny ma maksymalnie 650 mm (10 mm tolerancji na wygięcie elementów strzemia)						
2	część dolna, środkowa strzemia ma długość 80 mm, części boczne wysokość 280 mm						
3	części boczne wygięte są pod kątem prostym względem części dolnej						
4	na częściach bocznych strzemia zaznaczona jest oś stawu skokowego						
5	części boczne wygięte są w kierunku do przodu pod kątem 20-25°						
6	miejsce wygięcia części bocznych do przodu znajduje się ok.10 mm poniżej zaznaczonej osi stawu skokowego						
7	ok.40 mm poniżej wygięcia do przodu części boczne wygięte są w kierunku do tyłu pod kątem 20-25°						
8	górne krawędzie strzemia są oszlifowane						

Rezultat 2: Połączenie płytki oporowej ze strzemiem

1	płytki oporowa z pięcioma nawierconymi otworami w równych odstępach						
2	krawędzie płytki oporowej gładko zeszlifowane						
3	płytki oporowa połączona jest ze strzemiem nitami						
4	krawędzie płytki oporowej i strzemia pokrywają się						
5	płytki oporowa wyprofilowana jest w kształcie łuku						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wypełniona KARTA MIAR

1	<p>Karta miar</p> 						
2	<p>naniesione na karcie linie obwodów <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający naniósł na karcie miar co najmniej 4 z 6 linii obwodów.</i></p>						
3	<p>naniesione na karcie linie wysokości <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający naniósł na karcie miar co najmniej 3 z 5 linii wysokości i długości.</i></p>						

Numer stanowiska						

Przebieg 1: Wykonanie strzemięcia oporowego do aparatu odciążającego na kończybę dolną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy										
1	zaznaczył na strzemięciu osie stawu skokowego, przykładając strzemię do pozytywu tak, aby między dolną krawędzią strzemięcia a odlewem guza piętowego została wolna przestrzeń około 40-50 mm									
2	posługiwał się narzędziami i sprzętem zgodnie z przeznaczeniem									
3	stosował okulary ochronne podczas szlifowania									

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis